DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-226	PS/EML/119720

PRODUCTO
Microespiral de embolización Tornado.
Referencias: MWCE-18S-3/2-TORNADO y MWCE-18S-4/2-TORNADO

FINALIDAD PREVISTA
Embolización selectiva de vasos que alimentan malformaciones arteriovenosas y otras lesiones vasculares y para vasos con estrechamientos.

Nº LOTE
Ver nº de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Cook Incorporated, EEUU

DISTRIBUIDOR
Cook Medical EUDC, Robert-Koch-Straße, 2; 52499 Baesweiler, Alemania.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de las microespirales de embolización Tornado, debido a que podrían contener una espiral de embolización de tamaño incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: S2DLYFKW1K63C2AT3619**
Fecha de la firma: 12/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89