ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-237	PS/VCG/MB/7608

PRODUCTO
Tiras oculares estériles, referencia 581147
Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
GRI Medical & Electronics Technology Co., Ltd., China

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de tiras oculares estériles debido a que su etiquetado no incluye el marcado CE.
Según la información proporcionada por la empresa fabricante, los productos han sido fabricados según los procedimientos y las condiciones amparadas por el certificado de marcado CE y se trata de una deficiencia en el etiquetado al no incluir el preceptivo símbolo de marcado CE por estar destinados inicialmente al mercado de fuera de la Unión Europea.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 9CVPYG2C1EY7D3W32599**
Fecha de la firma: 13/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89