ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-240	PS/RJC/120587

PRODUCTO

Alcon Constellation Pak:

- 25+TTLPL VPK 20000CPM BEV VAL. Referencia 100205767. Número de catálogo 8065753106.
- 27+TTLPL VPK 20000CPM BEV VL. Referencia 100205768. Número de catálogo 8065753109.

FINALIDAD PREVISTA

Contienen los suministros estériles de un solo uso para realizar cirugía del segmento anterior, del segmento posterior o cirugía combinada de los segmentos anterior y posterior.

Nº LOTE

- Referencia: 100205767. Lotes: 1754RR, 176NFE, 176NFH, 177TVH
- Referencia: 100205768. Lote: 1762LW

FABRICANTE

Alcon Laboratories, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Alcon Healthcare, S.A, World Trade Center Almeda Park, Plaça de la Pau s/n, Edificio 6, planta 3, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de Alcon Constellation Pak debido a que pueden presentar daños en la cubierta Tyvek y comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.