MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-256	PS/VBR/120841

PRODUCTO
Sistemas Centricity High Acuity Critical Care (CHA CC) y Centricity High Acuity Anesthesia (CHA A).

FINALIDAD PREVISTA
Sistema para recuperar, introducir, registrar, almacenar, transferir, ver y crear una tendencia con los datos de los pacientes, de forma eficiente y estructurada, así como planificar el tratamiento.

VERSION SOFTWARE
Versiones 4.2 a 5.8.2 con la función de módulo de órdenes de prescripciones farmacológicas activada.

FABRICANTE
GE Healthcare Finland Oy, Finlandia.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas, 35-37 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas y versiones de los sistemas Centricity CHA debido a la posibilidad de que se interrumpan las órdenes de infusión de tipo 'Continuo' una vez que se administra la cantidad prescrita, incluso si no se cumple la duración de tiempo originalmente prescrita.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: H4L21HE93HNF8XCZ63C4**
Fecha de la firma: 22/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89