MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-260	PS/PL/120659

PRODUCTO
Sonda ventricular Silverline® con tornillo craneal, referencia SND13.1.14S.

FINALIDAD PREVISTA
Sonda para medición de la presión intracraneal en casos en los que es necesario realizar una monitorización constante.

FABRICANTE
Spiegelberg GmbH & Co.KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
CD Pharma, S.A., Plaza Dr. Laguna 10, 28009 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la sonda ventricular Silverline con tornillo craneal debido a la posibilidad de que se produzca un fallo en la función de medición de la sonda.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 2R1HFYH5HP4MDTAJH45E**
Fecha de la firma: 23/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89