ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-266	PS/NA/119874

PRODUCTO
myQA iON, nº de artículo MQ10-000.

FINALIDAD PREVISTA
Software que permite al médico realizar actividades de control de calidad antes y durante el tratamiento de todos los pacientes sometidos a radioterapia.

FABRICANTE
IBA DOSIMETRY GmbH., Alemania.

DISTRIBUIDOR
Fimecorp International. Callejón de Mérida 11, Talavera de la Reina, 45600 Toledo.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el software myQA, modelo MQ10-000, debido a que, en determinadas circunstancias, los nombres de estructuras con caracteres especiales podrían causar resultados de análisis incorrectos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: X9G4SZ5YG55H12HXJ349**
Fecha de la firma: 27/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89