

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>  2025-271	<b>REFERENCIA</b>  PS/TS/120771
<b>PRODUCTO</b> Kit STA OWREN KOLLER. Nº de referencia 00360. UDI: (01)13607450003601(11)240331(17)260331(10)270902(241)00360	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Solución tampón destinada a ser utilizada como diluyente de reactivos y plasma humano en pruebas de coagulación realizadas con analizadores Stago.	
<b>Nº LOTE</b> 270902	
<b>FABRICANTE</b> Stago (Francia)	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Diagnostica Stago S.L.U Plaza Europa 9-11 planta 17 C.P. 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización del lote 270902 de la solución tampón STA OWREN KOLLER, con número de referencia 00360, debido a que podría dar lugar a resultados incorrectos de coagulación en las pruebas de coagulación que requieren dilución.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

