MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-274	PS/AVG/120614

PRODUCTO
Catéter para angiografía con punta Cook Beacon 5.0 Fr.
Ver números de referencia afectados en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Cook Incorporated, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Cook Medical EUDC. Robert-Koch-Straße, 2, 52499 Baesweiler, Alemania.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados catéteres para angiografía con punta Cook Beacon 5.0 Fr, debido a la posibilidad de separación de la punta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.
- Anexo 1: tabla de producto afectado.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: W5F6TE5Y94EBHZ2GV850**
Fecha de la firma: 29/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89