MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-276	PS/VBR/121082

PRODUCTO
Bolsa de transferencia de concentrado de hematíes no leucorreducidos (CV1459). Referencia afectada en España: LQT612U.

Nº LOTE
11520961CM, 11523588CM, 11525832CM y 11527133CM.

FABRICANTE
Macopharma, Francia.

DISTRIBUIDOR
Maco Spania, S.L., Carretera de Fuencarral, 24. Edif. Europa I, Bloque 1, Planta 2, Oficina 2. 28108, Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de la bolsa de transferencia de concentrado de hematíes no leucorreducidos, referencia LQT612U, debido a la posibilidad de que falte el tapón, lo que podría provocar una fuga durante la separación de los componentes sanguíneos en el fraccionador automático.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: VHKTXS5YL99P7L7Z1F26**
Fecha de la firma: 29/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89