ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-293	PS/PL/121145

PRODUCTO
Sistema de Resonancia Magnética: Vantage Galan, Vantage Elan, Vantage Titan, Vantage Orian, Vantage Fortian, Vantage XGV y Vantage AGV.
Ver modelos afectados en la nota de aviso que la empresa envíe a cada centro.

FABRICANTE
Canon Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Canon Medical Systems S.A., Camino de la Zarzuela, 19, 28023 Aravaca, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de resonancia magnética de Canon, debido a la posibilidad de que el paciente presente alteraciones auditivas en caso que no se sigan las directrices descritas en el capítulo 8 del manual de seguridad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: Y72E75Z5PR6QD7979931**
Fecha de la firma: 06/06/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89