ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-302	PS/AVG/121662

PRODUCTO
Sistema de Rayos X Azurion 7M20 distribuidos entre octubre de 2018 y julio de 2019.
Código del producto: 722079.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Azurion 7M20, debido a la posibilidad de que los pernos que conectan la caja de engranajes a la brida de montaje del motor de balanceo del arco en C no estén correctamente apretados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.