MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-311	PS/AVG/120804

PRODUCTO
Dispositivos de ventilación WEINMANN MEDUMAT Standard2.
Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el enlace indicado en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH+Co.KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania S.L. Avenida del Camino de lo Cortao, 6, nave 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados dispositivos de ventilación WEINMANN MEDUMAT Standard2, debido a la posibilidad de rotura del racor de conexión del tubo flexible para la ventilación cuando se cambia el circuito de ventilación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 9YZP7RGFXBBY3CFLG860**
Fecha de la firma: 13/06/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89