MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-317	PS/RJC/121087

PRODUCTO
Respirador Newport HT70 Plus. Número de modelo: HT70PM-SY-EU.

FINALIDAD PREVISTA
Proporcionar asistencia ventilatoria mecánica de presión positiva continua o intermitente para el cuidado de personas que requieren ventilación mecánica a través de interfaces invasivas o no invasivas.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Covidien llc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, S.A, Maria de Portugal, 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización del modelo HT70PM-SY-EU del respirador Newport HT70 Plus, debido a la posibilidad de que se apague durante su uso o que la alarma de alerta de apagado no se active de manera eficaz durante el apagado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 4ANFTRA9XQHADT1YX329**
Fecha de la firma: 17/06/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89