

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-332	REFERENCIA PS/PRV/122261
PRODUCTO Desfibriladores automáticos externos HeartSine Samaritan PAD Modelos: SAM 350P, SAM 360P, SAM 450P, SAM 500P.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Medical (Heartsine Technologies Ltd.), Reino unido.	
DISTRIBUIDOR STRYKER IBERIA, S.L; C/Sepúlveda, 17. 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados modelos y números de serie de los desfibriladores automáticos externos HeartSine Samaritan PAD, debido a la posibilidad de que no se administre la terapia prevista debido a un defecto de fabricación.	
RECOMENDACIONES AEMPS La AEMPS recomienda a aquellos responsables de los modelos y números de serie de los desfibriladores HeartSine Samaritan PAD afectados por esta alerta, disponer de otro desfibrilador externo automático alternativo hasta que Stryker realice el reemplazo del desfibrilador afectado por el problema de fabricación, ya que los desfibriladores afectados podrían no administrar la terapia necesaria en caso de urgencia.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

