

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Nº DE ALERTA:</b><br>2025-350   | <b>REFERENCIA</b><br>PS/RJC/122174 |
| <b>PRODUCTO</b><br>Lentes de contacto blandas correctoras, desechables diarias, estériles: <ul style="list-style-type: none"><li>ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL. Especificaciones del producto 1D MAX MULTIFOCAL 8.4 -2.00 LOW 30P RX. Sku number 888290919116. UDI-DI: 0733905a00011BK</li></ul> |                                    |
| <b>Nº LOTE</b><br>J003Q72  |                                    |
| <b>FABRICANTE</b><br>Johnson & Johnson Vision Care, Inc., EEUU.  |                                    |
| <b>DISTRIBUIDOR</b><br>Johnson & Johnson S.A., Paseo de las Doce Estrellas 5-7 28042 Madrid, España.   |                                    |
| <b>ASUNTO</b><br>Retirada del mercado del lote J003Q72 de las lentes de contacto Acuvue Oasys Max 1-Day Multifocal, debido a la posible presencia de microburbujas que podrían provocar alteraciones visuales inesperadas cuando se usan.  |                                    |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li><li>Nota informativa AEMPS PS, 32/2025</li></ul>   |                                    |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

