ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-351	PS/EML/122485

PRODUCTO
Easymoov6, referencia 0VEPM6C06.
UDI-DI 03660812096614.

FINALIDAD PREVISTA
Bomba de nutrición enteral.

FABRICANTE
Medwin France, Francia.

DISTRIBUIDOR
VYGON SAU, C/ Ciudad de Sevilla nº 34, Polígono Industrial Fuente del Jarro. 46988 Paterna, Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de nutrición enteral Easymoov6, referencia 0VEPM6C06, debido a la posibilidad de que se produzca un sobreflujo importante si no se coloca correctamente el tubo de silicona alrededor del rotor.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 4PTYCEV9ZX76VEEMM1CE**
Fecha de la firma: 09/07/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89