DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-356	PS/RJC/123268

PRODUCTO
Portatubos de liberación rápida BD Vacutainer Pronto. Referencia: 368872.

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo reutilizable no estéril que se utiliza para conectar y sujetar un dispositivo de acceso venoso BD Vacutainer (es decir, aguja, equipo de extracción de sangre) durante la venopunción y para conectar estos dispositivos a los tubos BD Vacutainer.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Becton, Dickinson and Company, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva s/n, 28750, San Agustin de Guadalix, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes de la referencia 368872 del portatubos de liberación rápida BD Vacutainer Pronto debido a un posible desacoplamiento prematuro de la aguja durante su uso, lo que podría provocar pinchazos accidentales.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 6YB8TYHHS9ANQV73PFAB**
Fecha de la firma: 10/07/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89