ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-360	PS/MJF/122971

PRODUCTO

- Sistemas de medicina nuclear Infinia Series: Infinia, Infinia Hawkeye, Infinia II, Infinia II Hawkeye 4
- Sistemas de medicina nuclear VG Series: Varicam, Millennium VG, Millennium VG Hawkeye, Discovery VH

VERSION SOFTWARE

Todas aquellas versiones que no se correspondan con las versiones correctas de software del estativo incluidas en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

GE Medical Systems Israel, Functional Imaging, Israel.

DISTRIBUIDOR

GE Healthcare España SAU; Calle Gobelas, 35-37. 28023, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de medicina nuclear Infinia Series y VG Series, debido a la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, se produzca un movimiento involuntario del detector radial durante la preparación del paciente o durante la exploración del mismo pudiendo provocar lesiones en el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 7GXPP8EXSRHZPRX5S761**
Fecha de la firma: 14/07/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89