ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-371	PS/RJC/122554

PRODUCTO

Aplicación InPen:

- Modelo/Nº de referencia (CFN): MMT-8060 (usuarios de iOS)
- Modelo/Nº de referencia (CFN): MMT-8061 (usuarios de Android)

FINALIDAD PREVISTA

Calcular las dosis de bolus de los pacientes que siguen una terapia de dosis fija, una terapia de estimación de comidas o una terapia de recuento de hidratos de carbono.

VERSION SOFTWARE

- MMT-8060. Versiones: 7.0.0, 7.1.0, 7.2.0 y 7.5.0
- MMT-8061. Versiones: 7.0.0, 7.0.1, 7.1.0, 7.1.1, 7.2.0 y 7.5.0

FABRICANTE

Medtronic Minimed, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica, C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones software de la aplicación InPen debido a que determinados ajustes en los recordatorios pueden provocar que las notificaciones no se activen correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS, 37/2025

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.