MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-375	PS/MJF/122309

PRODUCTO

- Componente Q-Link 13. Código 3156509.
- Kit adaptador de báscula LikoScale (contiene el componente Q-Link 13). Código 3156232.

Ver productos usados conjuntamente con Q-Link 13 o con el kit adaptador de báscula LikoScale en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Elevación y traslado de pacientes

FABRICANTE

Liko AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

Baxter, S.L., Avda Europa 4, 2ª planta. 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con el componente Q-Link 13 y con el kit adaptador de báscula LikoScale (contiene el componente Q-Link 13) que se utilizan en combinación con determinadas grúas Viking y básculas LikoScale, debido a la posibilidad de enganche incorrecto del componente Q-Link 13 con el gancho de liberación rápida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS, 39/2025

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: GPCV4CB8J89E5X8YZD02**
Fecha de la firma: 18/07/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89