

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-376	REFERENCIA PS/TS/123497
PRODUCTO RegenKit-BCT-3. Referencia RK-BCT-3.	
FINALIDAD PREVISTA Preparación de plasma rico en plaquetas autólogo (A-PRP) y de otros productos derivados del plasma.	
Nº LOTE F002 y F003.	
FABRICANTE Regen Lab S.A., Suiza.	
DISTRIBUIDOR Regen Lab Spain S.L. Calle Pilar de Zaragoza 48, Planta 2ª, Puerta D. C.P. 28028 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de los lotes F002 y F003 de RegenKit-BCT-3, debido a que fueron enviados por error y no están destinados para su uso en centros sanitarios.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

