ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-382	PS/AVG/123673

PRODUCTO

Circuitos respiratorios neonatales VentStar Plus calefactados:

- VentStar Helix heated (N) Plus. Número de referencia: MP02608. UDI-DI: 04048675411758.
- VentStar Helix dual b (N) Plus. Número de referencia: MP02650. UDI-DI: 04048675396109.
- VentStar Aquapor dual b (N) Plus. Número de referencia: MP07150. UDI-DI: 04048675557999.

FINALIDAD

Circuito respiratorio calefactado desechable, para la conducción de gas respirable humidificado del humidificador al paciente.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Draeger Hispania S.A.U. Calle Xaudaró, 5, 28034 Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados circuitos respiratorios neonatales VentStar Plus calefactados, debido a una posible reducción de la resistencia de la conexión de enchufe por un problema de fabricación que puede provocar la contaminación del circuito de respiración.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.