MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-388	PS/MJF/123146

PRODUCTO

Catéter Lifecath CT PICC easy.

- Referencia: V021292214. Lotes: 230125GF y 210225GG
- Referencia: V021292414. Lote: 310125GD
- Referencia: V021292514. Lote: 260225GD

FINALIDAD PREVISTA

Administración intravenosa a corto y largo plazo (más de 30 días) de nutrición parenteral, antibióticos, quimioterápicos, medicamentos intravenosos, líquidos o fármacos para el tratamiento del dolor, y también puede utilizarse para la extracción de sangre, la medición de la presión venosa central y la inyección de energía.

FABRICANTE

VYGON Germany GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

VYGON SAU; C/ Ciudad de Sevilla nº 34, Polígono Industrial Fuente del Jarro. 46988 Paterna, Valencia.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del catéter Lifecath CT PICC easy, debido a la posibilidad de que se haya utilizado un tamaño incorrecto de la tapa de rosca para la conexión entre la línea de extensión y el tubo del catéter, lo que podría dar lugar a una fuerza de sujeción insuficiente al conectar el tubo del catéter.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/07/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8345E5V8T1FXSJ6FMFB4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89