MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-406	PS/MJF/123572

PRODUCTO
Aplicación Dexcom G7 para iOS. UDI: 00386270001863.
Aplicación Dexcom G7 para Android. UDI: 00386270001870.
Aplicación Dexcom G7 Watch iOS. UDI: 00386270005168.

FINALIDAD PREVISTA
Aplicación del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G7.

VERSION SOFTWARE
2.8 y anteriores

FABRICANTE
Dexcom Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Dexcom España, Av. de Aragón, 330, San Blas-Canillejas, 28022 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de software de la aplicación Dexcom G7 para iOS/Android y de la aplicación Dexcom G7 Watch iOS, debido a la posibilidad de que la aplicación finalice la sesión del sensor cuando se produce un error en el transmisor sin haber mostrado previamente la alerta «El sensor falló» para avisar al usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS, 45/2025

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 175WQSDCQV56HHNE97EA**
Fecha de la firma: 05/08/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89