ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-413	PS/AVG/124500

PRODUCTO
Sistemas de Rayos X Allura Xper.
Ver números de modelo afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Allura Xper, debido a la posibilidad de que falte el deflector de aire en el componente PC Nehalem FlexVision-2, lo que conlleva una pérdida de la adquisición de imágenes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: FVTV6AYPXTMN5QJFDD65**
Fecha de la firma: 11/08/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es