ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-419	PS/PL/124544

PRODUCTO
Sistema de fijación externa TTT (transporte tibial transverso).

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de fijación externa para transporte tibial transverso en casos de úlcera diabética o pie diabético ulceroso.

Nº LOTE
20230515.

FABRICANTE
Aike (Shanghai) Medical Instrument Co., Ltd., China.

DISTRIBUIDOR
Acuña y Fombona, S.A., C/ Marqués de Casa Valdés 103-105, 33202 Gijón.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 20230515 del sistema de fijación externa TTT, debido a la posibilidad de que no se produzca el sonido de clic al girar la rueda azul durante el ajuste.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.