MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-416	PS/AVG/124059

PRODUCTO

Sondas de alimentación nasogástricas / nasointestinales:

- AVANOS* CORFLO*
- AVANOS* CORTRAK* 2 con estilete de transmisión electromagnética.

Ver códigos de producto afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Avanos Medical Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Grifols Movaco S.A. Avinguda Generalitat, 152, 08174 San Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con determinadas sondas de alimentación nasogástricas / nasointestinales de Avanos, debido a la posibilidad de obstrucciones, roturas y/o desgarros.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: VCD5KBHK6J5BDYXAS683**
Fecha de la firma: 12/08/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89