ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-422	PS/VBR/124239

PRODUCTO
Llave de 3 vías Nutricair Enteral con ENFIT, referencia: NCE300R.
UDI: 13661657022995.

Nº LOTE
Lotes anteriores al 25D15-T.

FABRICANTE
CAIR LGL, Francia.

DISTRIBUIDOR
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U., Avda. Eduardo Torroja, 22, 28823 Coslada, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas llaves de 3 vías Nutricair Enteral con ENFIT, debido a una posible obstrucción en la zona de los puntos de unión de las boquillas ENFit en la llave.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: Z346TS6P79BBQDK2KF0C**
Fecha de la firma: 13/08/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es