ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-424	PS/AVG/124650

PRODUCTO
Cánula de traqueostomía Tracoe Vario. Número de referencia: 470-08.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Tracoe Medical GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Coloplast Productos Médicos S.A. Calle de la Condesa de Venadito, 5-4º, 28027, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas cánulas de traqueostomía Tracoe Vario, debido a la posibilidad de que la punta del obturador se desprenda al extraerlo de la cánula y permanezca en el interior de la cánula o de las vías respiratorias.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.