ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-427	PS/AVG/124304

PRODUCTO
Sistemas de Rayos X Azurion y Allura configurados con un sistema monofásico de alimentación ininterrumpida (SAI).
Ver números de productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de Rayos X Azurion y Allura con SAI monofásico, debido a la posibilidad de que, por un fallo en los componentes internos del SAI, el sistema se apague o no pueda encenderse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.