ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-439	PS/RJC/124987

PRODUCTO
Sistema ARTIS pheno. UDI-DI: 4056869046877.

FINALIDAD PREVISTA
Formación de imagen diagnóstica, tanto monoplano como biplano, y para los procedimientos intervencionistas con todo tipo de pacientes.

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Calle Mahonia, 2, 4ª planta. Ed. Pórtico. 28043, Madrid, España.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema ARTIS pheno debido a que al apagar el sistema, pueda producirse un estado en el que el soporte del arco en C robotizado no pueda moverse tras el siguiente inicio del sistema, y otros movimientos (como los movimientos de la mesa) estén disponibles pero con una velocidad reducida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.