ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-442	PS/RJC/125107

PRODUCTO
Sistemas de tomografía computarizada Brilliance, Ingenuity e IQon Spectral CT.
Ver referencias y modelos de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº SERIE
Ver nºs de serie afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. Calle María de Portugal, 1, 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de tomografía computarizada Brilliance, Ingenuity e IQon Spectral CT debido a que la mesa de soporte del paciente puede descender inesperadamente a la posición más baja por un fallo de un componente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.