MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-444	PS/PF/124914

PRODUCTO

Consumibles para vitrectomía:

- Assy, ship, constellation VFC, referencia 100005878
- Chandelier, 25GA, W/RFID, referencia 100006451

Nº LOTE

- Assy, ship, constellation VFC, lotes 1788D1 y 1790T0
- Chandelier, 25GA, W/RFID, lote 17DPN7

FABRICANTE

Alcon Laboratories, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Alcon Healthcare, S.A, World Trade Center Almeda Park, Plaça de la Pau s/n, Edificio 6, planta 3, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de algunos consumibles para vitrectomía de Alcon debido a la posibilidad de que algunos sistemas de barrera estéril del envase no se hayan sellado completamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Lista de productos afectados

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: R1W21PMF1F9YACCWP3EB**
Fecha de la firma: 26/08/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89