MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-449	PS/TS/124954

PRODUCTOS

Estaciones de anestesia:

- Atlan A100. Número modelo 8621100. UDI-DI: 040486751301035FK19X030W4.
- Atlan A100 XL. Número de modelo 8621200. UDI-DI: 040486751301035FK19X030W4.
- Atlan A300. Número de modelo 8621300. UDI-DI: 040486751301035FK19ZOOOW9.
- Atlan A300 XL. Número de modelo 8621400. UDI-DI: 040486751301035FK19ZOOOW9.
- Atlan A350. Número de modelo 8621500. UDI-DI: 040486751301035FK19T010V2.
- Atlan A350 XL. Número de modelo 8621600. UDI-DI: 040486751301035FK19T010V2.

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.

DISTRIBUIDORES

- Dräger Hispania SAU, calle Ribera del Loira, 56-58 C.P. 28042 Madrid
- Comercial Medica Remex SL, calle Cal Jutge, 7 C.P. 07007 Mallorca
- Alofer Asesoramiento SL, calle Lezama,11 C.P. 28034 Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos y n^{os} de serie de las estaciones de anestesia Atlan debido a que podrían presentar un fallo del pistón del motor antes del uso o un fallo de la ventilación mecánica durante el uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: WK6JKGZQEXN1R6HD4720**
Fecha de la firma: 29/08/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89