ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-469	PS/TS/125174

PRODUCTO
Lavadora desinfectadora GETINGE 88-5.
UDI-DI: 07340153700109 y 07340153700116.

Nos SERIE
Ver nos de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Getinge Disinfection AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L.U. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl. 6, Ofic. 6,1-6,2 C.P. 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados nos de serie de la lavadora desinfectadora GETINGE 88-5, debido a que la ausencia de calibración o una calibración incorrecta del sensor de presión de circulación podría provocar el sobrecalentamiento del calentador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.