MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-470	PS/AVG/126181

PRODUCTO
Electrodos de desfibrilación LESSA DEFI-PAD9983596 para uso con los modelos de desfibrilador externo automático ZOLL AED PLUS, AED PRO, AED 3, R Series, X Series.
Número de modelo: 9983596.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
AB Medica Group S.A., España.

DISTRIBUIDOR
AB Medica Group S.A. Avenida Salvatella 4, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de los electrodos de desfibrilación LESSA DEFI-PAD9983596, debido a la posibilidad de que no identifiquen correctamente si el paciente es adulto o pediátrico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: HVN34BMBRAWLPKDPG7A3**
Fecha de la firma: 12/09/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89