ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-476	PS/VBR/126463

PRODUCTO

Implante dental ID3:

- Referencia: IDC1030. UDI: 03662174013827.
- Referencia: IDC1230. UDI: 03662174013834.

Nº LOTE

- Referencia IDC1030: 22030906A.
- Referencia IDC1230: 21092415A y 21110416B.

FABRICANTE

Implants Diffusion International, Francia.

DISTRIBUIDOR

Implants Diffusion International. 23-25 rue Emile Zola, 93100, Montreuil, Francia.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y lotes del implante dental ID3, debido a un error en el etiquetado en el que se indica que el tornillo de cicatrización pertenece a la referencia O en lugar de la referencia M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.