ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-474	PS/AVG/126380

PRODUCTO
Sistemas de preparación de muestras CellMek SPS. Número de referencia: C44603.
UDI: 15099590750312.

FABRICANTE
Beckman Coulter, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L.U. Torre Realia, Plaza Europa 41-43, 4th Floor, 08908 L'Hospitalet De Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de preparación de muestras CellMek SPS, debido a que los volúmenes muertos para los tubos que figuran en las instrucciones de uso, para los tipos de casete B y E, son incorrectos, y a que el sistema no agita el casete tipo E antes de perforar los tubos para la preparación de muestras.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.