DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-475	PS/TS/125101

PRODUCTO
Electrodos para desfibrilación Fiab para su uso con los modelos de desfibrilador automático externo ZOLL AED PLUS, AED PRO, AED3, R Series, X Series.
Número de modelo F7987W.

FINALIDAD PREVISTA
Electrodos desechables adhesivos para desfibrilación externa.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Fiab Spa, Italia.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de los electrodos para desfibrilación Fiab, modelo F7987W, debido a la posibilidad de que no identifiquen correctamente si el paciente es adulto o pediátrico debido a un contacto eléctrico no estabilizado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: LN1L4N2WJG2DMREF1C38**
Fecha de la firma: 15/09/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89