MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-482	PS/MJF/126170

PRODUCTO

Set StimuLong Sono II NanoLine:

- Nº artículo 521187-32C, lote 1591
- Nº artículo 531187-32A, lote 1590
- Nº artículo 531187-32C, lote 1591

FINALIDAD PREVISTA

Punción y colocación de agujas y/o catéteres en nervios periféricos (si es necesario, con la ayuda de técnicas de ultrasonido y/o estimulación nerviosa) e inyección de anestésicos.

FABRICANTE

PAJUNK GmbH Medizintechnologie, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Grifols MOVACO S.A; Pol. Levante, C/Can Guasch, 2. 08150 Parets Del Vallès, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes del set StimuLong Sono II NanoLine, debido a que el Clamping Adapter que forma parte de dichos sets de StimuLong Sono II NanoLine, no es compatible con una unidad de infusión externa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 3WY8KLDGEL3NGSZ5GDA3**
Fecha de la firma: 18/09/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89