ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-493	PS/MBF/126767

PRODUCTO
Citómetro de flujo DxFLEX referencia C44326. UDI: 15099590738587.

FINALIDAD PREVISTA
Análisis cuantitativo y multiparamétrico de células en suspensión u otras biopartículas a nivel celular.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
2.3.4.37

FABRICANTE
Beckman Coulter Biotechnology (Suzhou) Co.,Ltd., China

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L.U., Torre Realia, Plaza Europa 41-43, 4th Floor, 08908 L'Hospitalet De Llobregat

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la versión de software 2.3.4.37 del citómetro de flujo DxFLEX, debido a la posibilidad de que se produzca un bloqueo inesperado de dicho software por un error de código.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.