ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-501	PS/SSP/126912

PRODUCTO
Ensayo IMMULITE 2000/2000 XPi PTH intacta.
Ver números de material, números de catálogo y UDIs de Siemens afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Medición de la hormona paratiroidea (PTH) intacta en los analizadores IMMULITE 2000 e IMMULITE 2000 XPi.

Nº LOTE
385 y 386

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd. UK.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de los lotes 385 y 386 del ensayo IMMULITE/2000XPi PTH intacta, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos de PTH intacta en el extremo inferior del rango de medición (≤50 pg/ml).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.