ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-504	PS/PL/126953

PRODUCTO
Kit PCR GeneProof Cytomegalovirus (CMV), número de catálogo CMV/GP/025 y CMV/GP/100.

FINALIDAD PREVISTA
Prueba de amplificación de ácidos nucleicos in vitro destinada a la cuantificación y detección del citomegalovirus mediante el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real. El calibrador D es un componente esencial del conjunto de calibración de cuatro puntos (A-D), necesario para la cuantificación del ADN del CMV.

Nº LOTE
2540467, 2540524, 2540568, 2540790, 2540483, 2540675, 2540693.

FABRICANTE
GeneProof a.s., República Checa.

DISTRIBUIDOR
Euroimmun Diagnostics España S.L.U., Avda. Somosierra 22, 28703 San Sebastián de los Reyes.

ASUNTO
Advertencias de seguridad con determinados lotes de los Kits PCR Cytomegalovirus debido a la posibilidad de que el vial del calibrador D, con número de lote 406621D, se encuentre vacío.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.