# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2025-505 | PS/PRV/126582 |

**PRODUCTO**
Dispositivo de control de secreciones EO-70.

**FINALIDAD PREVISTA**
Proporciona tratamiento a pacientes adultos y pediátricos que no pueden controlar la eliminación de secreciones por sí mismos.

**Nº SERIE**
Desde EO070 24 06 001B hasta EO070 25 05 165B

**FABRICANTE**
EOVE, Francia.

**DISTRIBUIDOR**
Insanex S.L., Avenida Tenerife, 2 –Bloque 3. 28703, San Sebastián de los Reyes. Madrid.

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad relacionada con determinados dispositivos de control de secreciones EO-70, debido a la posibilidad de que presenten un problema neumático que podría afectar a la terapia administrada. Este problema se identifica si hay un fallo repetitivo en el proceso de calibración del circuito.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.