ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-517	PS/MJF/126828

PRODUCTO

Cabina de luz corporal NovoTHOR, gen. 3.0:

- Modelo S2188 (versión estándar)
- Modelo S2190 (versión XL)

FINALIDAD PREVISTA

Cabina de luz corporal destinada a acelerar la cicatrización tisular, reducir la inflamación y el dolor mediante la aplicación de terapia de fotobiomodulación (PBMT) simultáneamente en todo el cuerpo.

Nº SERIE

4062 y 4108

FABRICANTE

THOR Photomedicine Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

THOR Photomedicine EU Ltd; Unit 3D North Point House. North Point Business Park, New Mallow Road. T23 AT2P Cork, Irlanda.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los números de serie 4062 y 4108 de las cabinas de luz corporal NovoTHOR, gen. 3.0, modelo S2188 (versión estándar) y modelo S2190 (versión XL), debido a la posibilidad de desprendimiento de un amortiguador de gas por un fallo de soldadura en una de las tuercas que fijan el amortiguador de gas a la cubierta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: JYDZMBPYYP5B9RADVFF8**
Fecha de la firma: 09/10/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89