

Información de seguridad 2025-1 Tekno-Medical

Revisión del inventario relativo a

Adson-Brown pinza de disección, Metzenbaum-Fino tijera de disección recta

Estimados señores y señoras:

Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH le informa por la presente sobre una medida de corrección de seguridad que afecta a los productos que se enumeran a continuación.

Remitente (publicado por):

Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH
Sattlerstrasse 11, 78532 Tuttlingen, República Federal de Alemania
Persona responsable del cumplimiento de la normativa:
Heike Karin Halm (h.halm@tekno-medical.com)
telefono: +49 (0) 7461 1701-23

Destinatario:

Esta información de seguridad afecta a todos los distribuidores, usuarios y empleados relevantes de centros sanitarios que utilicen o distribuyan el producto mencionado anteriormente.

Identificación de los productos sanitarios afectados:

Nombre comercial	Número de artículo	LOT Número
ADSON-BROWN PINZA DE DISECCIÓN 12CM 7X7 DIENTES RECTA	11210-12	00800706-T453124
METZENBAUM-FINO TIJERA DE DISSECCIÓN RECTA, ROMA/ROMA 14,5CM	8372-14	00802259-T455524

Descripción del problema

Durante una revisión de nuestro stock, se ha detectado que es posible que se hayan suministrado artículos que, en determinadas circunstancias desfavorables, podrían presentar problemas materiales.

No se puede descartar que los materiales utilizados no cumplan los requisitos especificados por nosotros como fabricantes y que, en su caso, no sean aptos o solo lo sean de forma limitada para el ámbito de aplicación.

En circunstancias desfavorables, tampoco se puede descartar que los instrumentos suministrados no sean adecuados para su reprocesamiento o solo lo sean de forma limitada.

¿Qué medidas debe tomar el destinatario?

Compruebe inmediatamente sus existencias y el inventario de instrumentos que se encuentran en uso.

Si estos artículos aún se encuentran en su almacén o en uso, devuélvalos para su revisión o deséchelos.

Divulgación de la información aquí descrita:

Asegúrese de que todos los usuarios de los productos mencionados anteriormente y otras personas que deban estar informadas en su organización conozcan esta información de seguridad.
Si ha entregado los productos a terceros, reenvíeles una copia de esta información.

Conserve esta información al menos hasta que se haya completado la medida.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha recibido una copia de esta información de seguridad.

Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.

Persona de contacto:

Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH
DE-MF-000005822

Sattlerstrasse 11, 78532 Tuttlingen, BRD
telefono: +49 (0) 7461 1701-0
mail@tekno-medical.com

“PRRC” en el sentido del reglamento (CE) 2017/745:
Heike Karin Halm
h.halm@tekno-medical.com
telefono: +49 (0) 7461 1701-23
móvil: +49 (0) 160 703 353 7

Tuttlingen, 2025-09-22



Florian Mattes
Director general

Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH



Heike Karin Halm
Persona responsable del cumplimiento de la
normativa

Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH