ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-518	PS/VBR/126886

PRODUCTO
Tijera de disección recta roma/roma 14,5 cm Metzenbaum-Fino. Número de artículo: 8372-14.

Nº LOTE
00802259-T455524.

FABRICANTE
Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
PROHOSA Prótesis Hospitalarias S.A. Calle abril, 61, 28022, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado del lote 00802259-T455524 de la tijera de disección recta roma/roma 14,5 cm Metzenbaum-Fino, número de artículo 8372-14, debido a la posibilidad de que los materiales no cumplan los requisitos especificados por el fabricante, por lo que podrían no ser aptas o serlo solo de forma limitada para el ámbito de aplicación y para su reprocesamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: TCLCN1GL14CHCB8BK8AD**
Fecha de la firma: 10/10/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es