ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-521	PS/RJC/127475
PRODUCTO Anti -Jka. Referencia 20503.	
FINALIDAD PREVISTA Fenotipaje de los hematíes humanos.	
Nº LOTE 034 000	
FABRICANTE DIAGAST, Francia.	
DISTRIBUIDOR DIAGAST IBERICA , SOBERANIA 2/2-A, 28260 GALAPAGAR MADRID.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 034 000 del reactivo anti-Jka, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos y revisión de los resultados anteriores.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.