ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-522	PS/MBF/127063

PRODUCTO
Estación central de monitorización Carescape
Referencias: 5867474-04 y 5867474-03. GTIN: 00195278343512 y 00195278343383.

FINALIDAD PREVISTA
Recoger, mostrar e imprimir información de una red, incluidos datos demográficos, parámetros fisiológicos y curvas de pacientes, el anuncio de alarmas u otra información no médica procedente de monitores y sistemas de telemetría.

VERSION SOFTWARE
V3.0.5

FABRICANTE
GE Medical Systems Information Technologies, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
TECNOMÉDICA ANDALUZA S.C.A. 53 Polígono Juncaril, 18210, Peligros, Granada.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la versión de software V3.0.5 de las estaciones centrales de monitorización Carescape, debido a que podrían entrar en un ciclo de reinicio continuo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 9T4XXSAHVCCPPHDJV986**
Fecha de la firma: 10/10/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es