ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-523	PS/AVG/127416

PRODUCTO
Sistemas de diagnóstico por rayos X: ProxiDiagnost N90, CombiDiagnost R90, DigitalDiagnost 4 High Performance, DigitalDiagnost 4 Flex/Value, DigitalDiagnost C90 High Performance, DigitalDiagnost C90 Flex/Value/Chest/ER y Radiography 7300 C.
Ver modelos y referencias de producto afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de diagnóstico por rayos X de Philips, debido a la posibilidad de que algunos carros telescópicos de la suspensión de techo fabricados entre julio de 2024 y junio de 2025 puedan presentar dificultades para moverse verticalmente y se requiera por tanto un esfuerzo físico adicional para moverlos manualmente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.